



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 23077-78

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

**ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЯ
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ**

Термины, определения и буквенные обозначения

The ionizing radiation scintillation detectors.
Terms, definitions and literal symbols

**ГОСТ
23077-78**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 апреля 1978, № 1108 срок введения установлен

с 01.07. 1979 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения сцинтилляционных детекторов ионизирующих излучений, а также буквенные обозначения их параметров.

Термины и буквенные обозначения, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Нди».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на немецком (D), английском (E), французском (F) языках стандартизованных терминов.

К стандарту дано справочное приложение, содержащее термины и определения общих понятий, применяемых в сцинтилляционной технике.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Heterogeneous scintillation detector	5
Light collection efficiency	26
Light yield	21
Optical window	19
Primary scintillation solute	15
Reflector	20
Relative light yield	22
Scintillator	12
Scintillation detector	1
Scintillation detector with reference source	3
Secondary solute	16
Sensitivity	29
Tissue equivalent scintillation detector	10
Well-type scintillation detector	2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Activateur	14
Container	17
Détecteur à scintillation	1
Détecteur à scintillation équivalente d'air	9
Détecteur à scintillation équivalente au tissu	10
Détecteur à scintillation à flux continu	7
Détecteur à scintillation hétérogène	5
Détecteur à scintillation à puit	2
Détecteur à scintillation à source de référence	3
Fenêtre d'entrée	18
Fenêtre de sortie	19
Réflecteur	20
Rendement de détection	30
Rendement de lumière	21
Rendement de lumière relative	22
Scintillateur	12
Sensibilité	29
Solute à scintillation primaire	15
Solute secondaire	16

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЦИНТИЛЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

Термин	Определение
1. Сцинтилляция	Кратковременный, с длительностью, не превышающей нескольких микросекунд, акт радиолюминесценции
2. Сцинтилирующее вещество	Вещество, в котором под действием ионизирующего излучения возникают сцинтилляции
3. Световод сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения	Световод, передающий свет от сцинтиллятора к месту регистрации как непосредственно, так и за счет многократных отражений от ограничивающих поверхностей
4. Сцинтилляционный блок детектирования ионизирующего излучения	Блок детектирования ионизирующего излучения, предназначенный для преобразования энергии измеряемого ионизирующего излучения в электрические сигналы и состоящий из сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения, оптически соединенного с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), и делителя напряжения питания ФЭУ
5. Конверсионная эффективность	Отношение суммарной энергии фотонов люминесценции к энергии, затраченной на их возбуждение
6. Кривая высовечивания сцинтилляций	Кривая изменения во времени интенсивности испускания фотонов, возникших в результате однократного возбуждения сцинтиллятора ионизирующей частицей
7. Компонент высовечивания сцинтилляции	Часть кривой высовечивания сцинтилляции, которая обусловлена одним механизмом высовечивания, связанным с одним типом центров свечения.
8. Время нарастания сцинтилляции	<p>Примечание Применяется при разложении кривой высовечивания на сумму I экспонент:</p> $I = \sum A_i e^{-\frac{t}{\tau_i}} t,$ <p>где A_i — значения начальных интенсивностей компонентов;</p> <p>τ_i — значения соответствующих времен высовечивания</p> <p>Интервал времени, в течение которого интенсивность испускания фотонов сцинтилляции после однократного возбуждения увеличивается от 10 до 90% ее максимального значения</p>

Термин	Определение
9. Время затухания сцинтилляции	Интервал времени, в течение которого интенсивность испускания фотонов сцинтилляции после однократного возбуждения уменьшается от 90 до 10% ее максимального значения
10. Время высыечивания компонента сцинтилляции	Интервал времени, в течение которого интенсивность испускания фотонов компонента сцинтилляции после однократного возбуждения уменьшается в e раз
11. Послесвечение сцинтиллятора	Свойство некоторых сцинтилляторов испускать после возбуждения ионизирующим излучением свет на протяжении времени, превышающего длительность сцинтилляции
12. Запасание светосуммой сцинтиллятором	Способность сцинтиллятора сохранять возбуждение, приводящее к испусканию фотонов через интервал времени после возбуждения, значительно превышающий длительность сцинтилляции
13. Тушение сцинтилляций	Уменьшение энергетического выхода сцинтилляций за счет безизлучательных переходов или переходов, приводящих к запасанию светосуммы.
14. Показатель ослабления света сцинтилляций	П р и м е ч а н и е . Различают температурное, концентрационное, а также тушение. Величина, обратная расстоянию, на котором в сцинтилляторе плотность узкого параллельного потока света сцинтилляций уменьшается в e раз.
15. Технический спектр сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения	П р и м е ч а н и е . Значение показателя ослабления (K) определяется по формуле
16. Амплитуда импульсов сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения	$K = \frac{\ln I_1 - \ln I_2}{L_2 - L_1},$ где I_1 и I_2 — плотность потока света сцинтилляции, соответствующие расстояниям L_1 и L_2 ; вследствие перекрытия полос испускания и поглощения сцинтиллирующих веществ значение K зависит от L_1 и $L_2 - L_1$.
17. Амплитудное разрешение сцинтилляционного блока детектирования ионизирующего излучения	Спектр оптического излучения, прошедшего через выходное окно сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения.
18. Энергетическое разрешение сцинтилляционного блока детектирования ионизирующего излучения	Наиболее вероятная амплитуда в спектре импульсов, соответствующая характерной точке кривой распределения импульсов.
	Способность сцинтилляционного блока детектирования различать близкие по интенсивности сцинтилляции.
	Способность сцинтилляционного блока детектирования различать близкие по энергии ионизирующие частицы или фотонов ионизирующего излучения.

Термин	Определение
19. Фотриак	Участок дифференциального спектра амплитуд импульсов при регистрации фотонов ионизирующего излучения, обусловленный фотопоглощением в сцинтилляторе
20. Пик полного поглощения	Участок дифференциального спектра амплитуд импульсов, обусловленный полным поглощением моноэнергетического ионизирующего излучения в сцинтилляторе
21. Оптический контакт сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения	Сопряжение с помощью иммерсионной жидкости или притирания сцинтиллятора и выходного окна
22. Спектрометрическая постоянная фотозелектронного умножителя	Параметр, характеризующий свойства фотозелектронного умножителя. Примечание. Определяется по формуле $A = (R_s^2 - R_c^2)C$, где R_s — амплитудное разрешение сцинтилляционного блока детектирования, C и R_c — световой выход и собственное разрешение сцинтилляционного детектора.
23. Нормализованный фотозелектронный умножитель	Фотозелектронный умножитель, обладающий следующими характеристиками: спектральная чувствительность соответствует усредненной характеристике С-8; спектральная и световая чувствительность однородны по поверхности фотокатода; спектрометрическая постоянная A не зависит от спектрального состава сцинтилляций.
24. Нормализованный сцинтилляционный блок детектирования ионизирующего излучения	Сцинтилляционный блок детектирования ионизирующего излучения, включающий в себя нормализованный ФЭУ и зарядочувствительное устройство в качестве каскада согласования
25. Нормализованный сцинтилляционный спектрометр ионизирующего излучения	Сцинтилляционный спектрометр, включающий в себе нормализованный сцинтилляционный блок детектирования ионизирующего излучения и амплитудный анализатор импульсов.
26. Стандартный образец светового выхода 1-го разряда СО1	Стандартный образец для воспроизведения единицы светового выхода сцинтилляционных детекторов ионизирующего излучения, представляющий собой групповой образец из трех сцинтилляционных детекторов на основе монокристаллов стиббена, помещенных в контейнеры с отражателем из окиси матния.
27. Условная единица светового выхода УЕСВ	Световой выход СО1 при поглощении электронов с энергией 662 кэВ. Примечание. Определяется по краю комptonовского распределения для У-излучения цезия-137 с последующим пересчетом.

Термин	Определение
28. Стандартный образец светового выхода 2-го разряда СО2	Стандартный образец для воспроизведения условной единицы светового выхода сцинтилляционных детекторов ионизирующего излучения, представляющий собой сцинтилляционный детектор из любого сцинтилирующего вещества размером 40×40 мм.
29. Стандартный образец светового выхода 3-го разряда СО3	Стандартный образец для воспроизведения условной единицы светового выхода сцинтилляционных детекторов ионизирующего излучения, представляющий собой сцинтилляционный детектор из любого сцинтилирующего вещества любого размера, выбранного из ряда R_{10} .
30. Стандартный образец светового выхода 4-го разряда СО4	<p>Приложение. Обычно диаметр стандартного образца 3-го разряда равен его высоте.</p> <p>Стандартный образец, аналогичный СО3, используемый в целях паспортизации выпускаемых сцинтилляционных детекторов ионизирующего излучения и аттестации установок для измерения их характеристик.</p>

Редактор Т. В. Смыка

Технический редактор О. Н. Никатлина

Корректор С. М. Гофман

Сдано в набор 22.06.78 Подан в печ. 17.07.78 1.0 л. л. 1,19 уч.-чел. л. Тир. 10000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва. Д-557. Новогиреевский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 236. Зак. 1403.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Буквенное обозначение	Определение
ВИДЫ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ		
1. Сцинтиляционный детектор ионизирующего излучения		По ГОСТ 14105—76
Детектор		
D. Szintillationsdetektor		
E. Scintillation detector		
F. DéTECTeur à scintillation		
2. Сцинтиляционный детектор ионизирующего излучения с колодцем		Сцинтиляционный детектор ионизирующего излучения, имеющий колодец, в который может вводиться вещество, содержащее радионуклид, и обеспечивающий регистрацию ионизирующего излучения этого радионуклида в телесном угле, близком к 4π стерадиан.
Детектор с колодцем		
D. Bohrlochszintillations-detektor		
E. Well-type scintillation detector		
F. DéTECTeur à scintillation à puit		
3. Сцинтиляционный детектор ионизирующего излучения с контрольным источником ионизирующего излучения		Сцинтиляционный детектор ионизирующего излучения, в вещество которого введен или помещен в контейнер совместно с ним источник ионизирующего α - или γ -излучения.
Детектор с контрольным источником		
D. Szintillationsdetektor mit Bezugssquelle		
E. Scintillation detector with reference source		
F. DéTECTeur à scintillation à source de référence		
4. Низкофоновый сцинтиляционный детектор ионизирующего излучения		Сцинтиляционный детектор ионизирующего излучения с низким собственным фоном.
Низкофоновый детектор		
5. Гетерогенный сцинтиляционный детектор ионизирующего излучения		Сцинтиляционный детектор ионизирующего излучения, состоящий из одного или нескольких сцинтилляторов и светопроводящей среды.
Гетерогенный детектор		
D. Geterogener Szintillationsdetektor		

Термин	Буквенное обозначение	Определение
E. Geterogeneous scintilla- tion detector F. Déetecteur à scintillation hétérogène		
6. Дисперсный сцинтилляци- онный детектор ионизиру- ющего излучения Дисперсный детектор		Гетерогенный сцинтилляцион- ный детектор ионизирующего излучения, в котором сцинтил- лирующее вещество дисперги- ровано в прозрачной среде
7. Проточный сцинтилляци- онный детектор ионизирующе- го излучения Проточный детектор D. Durchflussscintilla- tions- detektor E. Flow scintillation detec- tor F. Déetecteur à scintillation à flux continu		Сцинтилляционный детек- тор ионизирующего излуче- ния, конструкция которого обеспечивает возможность про- текания жидкости или газа, содержащих радионуклиды
8. Охранный сцинтилляци- онный детектор ионизирую- щего излучения Охранный детектор		Вспомогательный сцинтил- ляционный детектор ионизирую- щего излучения, предназна- ченный для уменьшения фона детектора-измерителя, связан- ного с космическим излучени- ем
9. Воздухоэквивалентный сцин- тилляционный детектор иони- зирующего излучения Воздухоэквивалентный де- тектор D. Luftäquivalenter Scintillationsdetektor E. Air equivalent scin- tillation detector F. Déetecteur à scintillation équivalente d'air		Сцинтилляционный детек- тор ионизирующего излуче- ния, эффективный атомный номер материалов которого равен или близок к эффективному атомному номеру воздуха ($Z_{\text{эфф}} \approx 7.7$)
10. Тканеэквивалентный сцин- тилляционный детектор иони- зирующего излучения Тканеэквивалентный детек- тор D. Gewebeäquivalenter Scintillationsdetektor E. Tissue equivalent scin- tillation detector F. Déetecteur à scintillation équivalente au tissu		Сцинтилляционный детек- тор ионизирующего излуче- ния, эффективный атомный номер материалов которого близок к эффективному атомному номеру биологической ткани ($Z_{\text{эфф}} = 6-13$)

Термин	Буквенное обозначение	Определение
11. Сцинтиляционный экран		Сцинтиляционный детектор ионизирующего излучения, предназначенный для получения видимого изображения при рентгено-, гамма-дифрактометрии

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12. Сцинтиллятор	D. Scintillator E. Scintillator F. Scintillateur	Определенное количество сцинтиллярующего вещества, содержащегося в сцинтилляционном детекторе в качестве элемента, чувствительного к ионизирующему излучению
13. Основное вещество сцинтиллятора	Основное вещество	Вещество, прозрачное для фотонов сцинтилляции, весовое содержание которого в сцинтилляторе преобладает
14. Активатор сцинтиллятора	Активатор D. Aktivator E. Activator F. Activateur	Примесь в основном веществе сцинтиллятора, придающая ему или усиливающая его сцинтилляционные свойства в определенной области температур.
		П р и м е ч а н и е . Термин применяется для неорганических сцинтилляторов
15. Сцинтилляционная добавка	D. Primäre Szintillationslösung E. Primary scintillation solute F. Solute à scintillation primaire	Примесь в основном веществе сцинтиллятора, способная испускать оптические фотоны под действием возбуждения, полученного от молекул основного вещества.
		П р и м е ч а н и е . Термин применяется для органических сцинтилляторов
16. Вторичная сцинтилляционная добавка	Вторичная добавка D. Sekundäre Lösung E. Secondary solute F. Solute secondaire	Вещество, вводимое в органический сцинтиллятор и преобразующее световое излучение сцинтилляционной добавки в более длинноволновое
17. Контейнер сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения	Контейнер D. Kontainer E. Container F. Container	Контейнер, предназначенный для изоляции сцинтиллятора от воздействия внешней среды и светового излучения

Термин	Буквенное обозначение	Определение
18. Входное окно сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Входное окно D. Eingangsfenster E. Entrance window F. Fenêtre d'entrée		Часть поверхности сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения, через которую в сцинтилятор попадает ионизирующее излучение
19. Выходное окно сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Выходное окно D. Ausgangsfenster E. Optical window F. Fenêtre de sortie		Часть поверхности сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения, прозрачная для фотонов сцинтиляции
20. Отражатель сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Отражатель D. Reflektor E. Reflector F. Réflecteur		Часть сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения, предназначенная для улучшения условий светосборника

ОСНОВНЫЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ И СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

21. Световой выход сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Световой выход D. Lichtausbeute E. Light yield F. Rendement de lumière	C	Отношение амплитуды импульса от сцинтиляционного детектора при его возбуждении монознергетическими частотами или фотонами к аналогичному параметру стандартного образца светового выхода 1-го разряда при облучении последнего γ -излучением цезия-137, определенное на нормализованном спектрометре. Примечания. 1. Световой выход выражается в условных единицах светового выхода.
22. Относительный световой выход сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Относительный световой выход	C _{отн}	Отношение амплитуды импульсов от сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения к аналогичному параметру другого сцинтиляционного детектора в идентичных условиях измерения

Термин	Буквенное обозначение	Определение
D. Relative Lichtausbeute E. Relative light yield F. Rendement de lumière relative 23. Сцинтиляционная эффективность Нап. Конверсионная эффективность	η	Отношение суммарной энергии (E_ϕ) фотонов сцинтиляции к энергии (E), выделенной ионизирующей частицей в сцинтилляторе, $\eta = \frac{E_\phi}{E}$. Причесание. Для данного сцинтиллятора значение η зависит от вида ионизирующей частицы и ее энергии.
24. Относительная сцинтиляционная эффективность	$\eta_{\text{отн}}$	Отношение сцинтиляционной эффективности одного сцинтиллятора к аналогичному параметру другого сцинтиллятора.
25. Технический энергетический выход сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Технический выход	T	Отношение суммарной энергии (L_ϕ) фотонов сцинтиляции, прошедших через выходное окно сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения, к энергии (E), выделенной ионизирующей частицей в сцинтилляторе, $T = \frac{L_\phi}{E}$.
26. Коеффициент светособирания сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Коэффициент светособирания D. Lichtsammlungskoeffizient E. Light collection efficiency	τ	Отношение суммарной энергии (L_ϕ) фотонов сцинтиляции, прошедших через выходное окно сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения, к суммарной энергии (E_ϕ) фотонов этой сцинтиляции. $\tau := \frac{L_\phi}{E_\phi} = \frac{T}{\eta}$
27. Приведенное разрешение сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Приведенное разрешение	$R_{\text{пр}}$	Амплитудное разрешение сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения и фотоэлектронного усилителя с заданной спектрометрической постоянной.
28. Собственное разрешение сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Собственное разрешение	R_c	Составная часть, вносимая сцинтиляционным детектором ионизирующего излучения в амплитудное разрешение сцинтиляционного блока детектирования.

Термин	Буквенное обозначение	Определение
29. Чувствительность регистрации сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Чувствительность D. Empfindlichkeit E. Sensitivity F. Sensibilité	S	<p>Примечание. Собственное разрешение R_c определяется из соотношения: $R_c^2 = R_z^2 - R_\phi^2$, где R_z — амплитудное разрешение сцинтиляционного блока детектирования; R_ϕ — собственное амплитудное разрешение ФЭУ</p> <p>Отношение изменения числа сцинтиляций в сцинтиляционном детекторе ионизирующего излучения за единицу времени к изменению плотности потока ионизирующих частиц или фотонов данной энергии, попавших на входное окно детектора</p>
30. Эффективность регистрации сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Эффективность регистрации D. Nachweiswahrscheinlichkeit E. Detection efficiency F. Rendement de detection	Э	<p>Отношение числа зарегистрированных ионизирующих частиц или фотонов к числу частиц или фотонов данной энергии, попавших на входное окно сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения</p>
31. Эффективность регистрации сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения в пике полного поглощения Эффективность в пике полного поглощения	Э _Ф	<p>Отношение числа зарегистрированных в пике полного поглощения ионизирующих частиц или фотонов к числу частиц или фотонов данной энергии, попавших на входное окно сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения за то же время.</p> <p>Примечание. Эффективность регистрации в пике полного поглощения равна произведению фоточастоты на эффективность регистрации детектора</p> <p>Отношение числа фотонов данной энергии, зарегистрированных в пике полного поглощения или фотопике, к числу всех фотонов, зарегистрированных за то же время</p>
32. Фоточастота		
33. Собственный фон сцинтиляционного детектора ионизирующего излучения Собственный фон		<p>Фон, обусловленный радиоактивными примесями в сцинтилляторе и конструкционных материалах сцинтиляционного детектора</p>

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Активатор	14
Активатор сцинтиллятора	14
Вещество основное	13
Вещество сцинтиллятора основное	13
Выход световой	21
Выход световой относительный	22
Выход сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения световой	21
Выход сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения световой относительный	22
Выход сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения энергетический технический	23
Выход технический	25
Детектор	1
Детектор воздухозквивалентный	9
Детектор гетерогенный	5
Детектор дисперсный	6
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный	1
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный воздухозквивалентный	9
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный гетерогенный	5
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный дисперсный	6
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный низкофоновый	4
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный охранный	8
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный проточный	7
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный с колодцем	2
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный с контролльным источником ионизирующего излучения	3
Детектор ионизирующего излучения сцинтилляционный тканезквивалентный	10
Детектор низкофоновый	4
Детектор охранный	8
Детектор проточный	7
Детектор с колодцем	2
Детектор с контролльным источником	3
Детектор тканезквивалентный	10
Добавка вторичная	16
Добавка сцинтилляционная	15
Добавка сцинтилляционная вторичная	16
Контейнер	17
Контейнер сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения	17
Коэффициент светособирания	26
Коэффициент светособирания сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения	26
Окно входное	18
Окно сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения входное	18
Окно выходное	19
Окно сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения выходное	19
Отражатель	20
Отражатель сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения	20
Разрешение приведенное	27

Разрешение собственное	28
Разрешение сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения приведенное	27
Разрешение сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения собственное	28
Сцинтиллятор	12
Фон собственный	33
Фон сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения собственный	33
Фоточасть	32
Чувствительность	29
Чувствительность регистрации сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения	29
Экран сцинтилляционный	11
Эффективность в пике полного поглощения	31
Эффективность конверсионная	23
Эффективность регистрации	30
Эффективность регистрации сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения	30
Эффективность регистрации сцинтилляционного детектора ионизирующего излучения в пике полного поглощения	31
Эффективность сцинтилляционная	23
Эффективность сцинтилляционная относительная	24

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Aktivator	14
Ausgangsfenster	19
Bohrlochsintillationsdetektor	2
Durchflusszintillationsdetektor	
Eingangsfenster	18
Empfindlichkeit	29
Geterogener Szintillationsdetektor	5
Gewebeäquivalenter Szintillationsdetektor	10
Kontainer	17
Lichtausbeute	21
Lichtsammlungskoeffizient	26
Luftäquivalenter Szintillationsdetektor	9
Nachweiswahrscheinlichkeit	30
Primäre Szintillationslösung	15
Reflektor	20
Relative Lichtausbeute	22
Sekundäre Lösung	16
Szintillator	12
Szintillationsdetektor	1
Szintillationsdetektor mit Bezugsquelle	3

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Activator	14
Air equivalent scintillation detector	9
Container	17
Detection efficiency	30
Entrance window	18
Flow scintillation detector	7