

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
51358—  
2008  
(ISO 8454:2007)

---

## СИГАРЕТЫ

**Определение содержанияmonoоксида углерода  
в газовой фазе сигаретного дыма с помощью  
недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора**

ISO 8454:2007

Cigarettes — Determination of carbon monoxide in the vapour phase  
of cigarette smoke — NDIR method  
(MOD)

Издание официальное

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ «ВНИИТТИ» Россельхозакадемии) на основе собственного аутентичного перевода международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 153 «Табак и табачные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2008 г. № 395-ст

4 Настоящий национальный стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 8454:2007 «Сигареты. Определениеmonoоксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма. NDIR метод» (ISO 8454:2007 «Cigarettes — Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke — NDIR method»).

При этом дополнительные положения и требования, включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации и особенностей российской национальной стандартизации, выделены в тексте стандарта курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздел 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных (региональных) стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении А.

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 51358—99

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

УДК 663.974.001.4:006.354

ОКС 65.160

Н89

ОКСТУ 9193

Ключевые слова: сигареты, моноксид углерода, газовая фаза дыма, поверочная газовая смесь

---

Редактор Л.В. Коротникова

Технический редактор В.Н. Прусакова

Корректор В.Е. Нестерова

Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 17.02.2009. Подписано в печать 10.03.2009. Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,19. Тираж 153 экз. Зак. 126

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

## Содержание

1	Область применения . . . . .	1
2	Нормативные ссылки . . . . .	1
3	Термины и определения . . . . .	1
4	Сущность метода . . . . .	2
5	Аппаратура . . . . .	2
6	Проверочные газовые смеси . . . . .	2
7	Отбор проб . . . . .	3
8	Метод испытаний . . . . .	3
9	Обработка результатов испытаний . . . . .	4
10	Сходимость и воспроизводимость . . . . .	4
11	Отчет об испытаниях . . . . .	5
	Приложение А (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок . . . . .	7
	Библиография . . . . .	7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИГАРЕТЫ

Определение содержанияmonoоксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма  
с помощью недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора

Cigarettes.

Determination of carbon monoxide content in the vapour phase of cigarette smoke using  
nondispersing infrared (NDIR) analyzer

Дата введения — 2010—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сигареты и устанавливает метод определения монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсного инфракрасного анализатора (NDIR анализатора).

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 3308—2002 Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курильная машина). Определения и стандартные условия

ГОСТ Р ИСО 3402—2003 Табак и табачные изделия. Атмосферы для кондиционирования и испытаний

ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО 5725-2—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ГОСТ Р 51976—2002 (ИСО 4387:2000) Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курильной машины

ГОСТ Р 52463—2005 Табак и табачные изделия. Термины и определения

ГОСТ Р 52670—2006 (ИСО 8243:2006) Сигареты. Отбор проб

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52463.

#### 4 Сущность метода

Прокуривание сигарет осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 51976. Сбор газовой фазы дыма сигарет и измерение содержанияmonoоксида углерода проводят с помощью NDIR анализатора, калиброванного для определения monoоксида углерода, и рассчитывают среднее содержание monoоксида углерода в одной сигарете.

#### 5 Аппаратура

5.1 Камера для кондиционирования сигарет перед прокуриванием, поддерживающая параметры атмосферы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3402.

5.2 Обычная лабораторная машина для прокуривания сигарет в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 3308.

5.3 Система сбора газовой фазы дыма, которую можно присоединить к одному или нескольким каналам курительной машины. Система должна обеспечивать количественный сбор газовой фазы дыма (обычно выбрасываемой в атмосферу) в предварительно освобожденный от воздуха герметичный контейнер для последующего отбора порций в NDIR анализатор.

Система сбора не должна создавать препятствия нормальной работе курительной машины и последующему определению содержания влажного конденсата дыма и никотина.

Герметичность контейнера для сбора газовой фазы дыма должна быть проверена с помощью газовой смеси, содержащей от 4 % до 6 % (объемных долей) monoоксида углерода, концентрацию которого измеряют непосредственно после заполнения контейнера, предварительно освобожденного от воздуха. После истечения не менее двух часов измеренное значение концентрации monoоксида углерода газовой смеси в контейнере не должно отличаться более чем на 0,2 % (объемную долю) от значения, полученного при первом измерении.

Если в качестве контейнера для сбора газовой фазы дыма используют плотный воздухонепроницаемый мешок, то он должен быть достаточного объема, чтобы после заполнения давление в нем не превышало атмосферное. Объем мешка не должен превышать двух объемов газовой фазы дыма, собранной при атмосферном давлении. На практике для сбора газовой фазы дыма пяти сигарет необходим мешок объемом 3 дм<sup>3</sup>, а для сбора газовой фазы дыма двадцати сигарет — мешок объемом 10 дм<sup>3</sup>.

5.4 Недисперсный инфракрасный анализатор (NDIR анализатор), откалибранный для измерения monoоксида углерода в парах и газах.

Могут быть применены анализаторы разных производителей с рабочим диапазоном от 0 % до 10 % (объемных долей) monoоксида углерода и скоростью отбора проб от 0,5 до 5,0 дм<sup>3</sup>/мин.

Анализатор должен обеспечивать точность измерений 1 %, линейность 1 % и сходимость 0,2 % от своей полной шкалы при условиях постоянной температуры и давления в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3402.

5.5 Устройство для зажигания сигарет, обеспечивающее беспламменное зажигание, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3308 (подраздел 5.7). Опыт показывает, что процесс зажигания может значительно влиять на содержание monoоксида углерода. Зажигалка должна поджигать сигарету с первой попытки без соприкосновения или обугливания сигареты. При высокой интенсивности зажигания содержание monoоксида углерода возрастает.

5.6 Барометр, обеспечивающий измерение атмосферного давления с точностью 0,1 кПа.

5.7 Термометр, обеспечивающий измерение температуры с точностью 0,1 °С.

#### 6 Проверочные газовые смеси

Проверочные газовые смеси представляют собой государственные стандартные образцы, номера которых приведены в государственном реестре стандартных образцов. Основным газом в проверочной газовой смеси для калибровки анализатора должен быть азот, так как другие газы могут изменять показания содержания monoоксида углерода. Газы в проверочной газовой смеси должны быть высокой чистоты (с низким содержанием диоксида углерода). Проверочная газовая смесь должна использоваться в течение срока хранения, определенного производителем.

NDIR анализатор должен быть откалиброван не менее чем тремя проверочными газовыми смесями с точно известными значениями содержания monoоксида углерода (в пределах относительной погрешности  $\pm 2\%$ ), охватывающими проверяемый диапазон содержания monoоксида углерода таким образом,

чтобы избежать экстраполяции результатов измерений. Для калибровки подходят поверочные газовые смеси с 1 %, 3 % и 5 % (объемными долями)monoоксида углерода в азоте.

## 7 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ Р 52670.

## 8 Метод испытаний

### 8.1 Кондиционирование

Пробу для анализа, отобранныю по ГОСТ Р 52670 (пункт 4.1.3), кондиционируют в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3402 до достижения равновесной влажности.

Атмосфера в лаборатории, где проводят прокуривание и измерение содержания monoоксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 3402. Кондиционированную пробу для анализа помещают в контейнер для сигарет, имеющий размер пробы, и извлекают из него каждую сигарету непосредственно перед прокуриванием.

### 8.2 Калибровка NDIR анализатора

8.2.1 Прогревают анализатор в соответствии с инструкцией изготовителя, продувают его воздухом и выводят показания на ноль.

8.2.2 Предварительно освобожденный от воздуха герметичный контейнер для сбора газовой фазы дыма наполняют поверочной газовой смесью (обычно содержащей 5 % (объемных долей) monoоксида углерода), откачивают и вновь наполняют поверочной газовой смесью. Убеждаются, что поверочная газовая смесь в герметичном контейнере имеет температуру и давление окружающей среды. Вводят поверочную газовую смесь в измерительную камеру анализатора с помощью насоса для отбора проб и выжидает 5—10 с для уравновешивания давления в анализаторе. После достижения стабильного показания содержания monoоксида углерода его считывают с индикатора.

Если необходимо, то производят регулировку анализатора, приводя в соответствие его показания значению содержания monoоксида углерода в поверочной газовой смеси.

8.2.3 Процедуру по 8.2.2 повторяют для двух поверочных газовых смесей с другим содержанием monoоксида углерода. Если разность между показаниями анализатора и значениями поверочных газовых смесей отличается более чем на 0,2 % (объемных долей) monoоксида углерода, то нужно обратить внимание на линейность показаний анализатора.

8.2.4 Калибровку анализатора повторяют не менее одного раза в неделю с помощью поверочных газовых смесей. Калибровка должна быть линейной в пределах, указанных в 5.4.

8.2.5 Перед измерением содержания monoоксида углерода в газовой фазе дыма проверяют калибровку анализатора с использованием поверочной газовой смеси, содержащей 5 % (объемных долей) monoоксида углерода. Если разница между показанием анализатора и значением поверочной газовой смеси превышает 0,2 % (объемных долей) monoоксида углерода, то калибровку прибора повторяют.

### 8.3 Прокуривание и сбор газовой фазы дыма

#### 8.3.1 Подготовка системы для сбора газовой фазы дыма

Систему подготавливают в соответствии с инструкцией. Перед началом процесса прокуривания убеждаются, что система для сбора газовой фазы дыма очищена окружающим воздухом и освобождена от остаточного количества воздуха.

#### 8.3.2 Метод прокуривания

8.3.2.1 Подготовку к прокуриванию сигарет проводят в соответствии с ГОСТ Р 51976 (подразделы 7.1—7.5), прокуривание сигарет проводят в соответствии с ГОСТ Р 51976 (подраздел 7.6).

8.3.2.2 Для линейной курительной машины: на четырех каналах прокуривают по пять сигарет одной марки на каждый канал. После прокуривания каждой сигареты и удаления окурка делают по одной очищающей затяжке на канал. Общее число очищающих затяжек после прокуривания пяти сигарет на канал равно пяти.

8.3.2.3 Для ротационной курительной машины: после завершения цикла прокуривания 20 сигарет удаляют окурки и делают пять очищающих затяжек.

8.3.2.4 Регистрируют общее число затяжек на каждом канале (затяжки прокуривания плюс очищающие затяжки).

#### 8.4 Измерение объемной долиmonoоксида углерода

8.4.1 Калибровку анализатора проверяют по 8.2.5. Газовую фазу дыма вводят в измерительную камеру анализатора при тех же самых условиях окружающей температуры и давления, что и при сборе газовой фазы дыма, при той же самой скорости газа, что и при калибровке анализатора. Считывают показание анализатора, которое является значением объемной доли monoоксида углерода. В случае если анализатор не имеет внутренней компенсации давления, то при изменении барометрического давления во время измерения более чем на 10 кПа может потребоваться повторная калибровка анализатора.

8.4.2 После каждого прокуривания и измерения объемной концентрации monoоксида углерода в газовой фазе дыма герметичный контейнер для сбора газовой фазы дыма полностью освобождают. После этого аппаратура готова для следующего прокуривания в соответствии с 8.3.2.

### 9 Обработка результатов испытаний

#### 9.1 Вычисление среднего объема monoоксида углерода на сигарету

Средний объем monoоксида углерода на сигарету  $V_{\text{сиг}}$ , см<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$V_{\text{сиг}} = \frac{CVNpT_0}{S \cdot 100p_0(t + T_0)}, \quad (1)$$

где  $C$  — объемная доля monoоксида углерода, считанная с анализатора, %;

$V$  — объем затяжки, см<sup>3</sup>;

$N$  — число затяжек, включая очищающие;

$p$  — давление окружающего воздуха, кПа;

$T_0$  — температура тройной точки воды, К;

$S$  — число прокуренных сигарет;

$p_0$  — стандартное атмосферное давление, кПа;

$t$  — окружающая температура, °С.

При вычислении могут быть использованы следующие значения:  $V = 35$  см<sup>3</sup> и округленные значения  $p_0$  (101,3 кПа) и  $T_0$  (273 К).

#### 9.2 Вычисление средней массы monoоксида углерода на сигарету

Среднюю массу monoоксида углерода на сигарету  $m_{\text{сиг}}$ , мг, вычисляют по формуле

$$m_{\text{сиг}} = V_{\text{сиг}} \frac{M_{\text{CO}}}{V_M}, \quad (2)$$

где  $V_{\text{сиг}}$  — средний объем monoоксида углерода на сигарету по формуле (1), см<sup>3</sup>;

$M_{\text{CO}}$  — молярная масса monoоксида углерода, г/моль;

$V_M$  — молярный объем идеального газа, дм<sup>3</sup>/моль.

При вычислении могут быть использованы следующие округленные значения:  $M_{\text{CO}}$  (28 г/моль) и  $V_M$  (22,4 дм<sup>3</sup>/моль).

### 10 Сходимость и воспроизводимость

Международные межлабораторные исследования [1], проведенные в 2003 году с участием 58 лабораторий на восьми образцах сигарет (семь из которых — торговые коммерческие марки и один — контрольный образец СМ 4, изготовленный Международным центром по изучению табака) дали следующие результаты для данного метода.

Разность между результатами двух испытаний, проведенных одним оператором на пробах идентичных сигарет за короткий период времени и на одном и том же оборудовании, может превысить значение сходимости ( $r$ ) в среднем не более чем в одном случае из 20 при нормальном и правильном применении данного метода.

Разность между результатами испытаний, полученными двумя лабораториями на пробах идентичных сигарет, может превышать значение воспроизводимости ( $R$ ) в среднем не более чем в одном случае из 20 при нормальном и правильном применении данного метода.

Результаты испытаний были статистически проанализированы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1 и ГОСТ Р ИСО 5725-2 и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Среднее содержание моноксида углерода $m_{\text{св}}$ , мг на сигарету	Значение сходимости $r$ , мг на сигарету	Значение воспроизводимости $R$ , мг на сигарету
4,12	0,77	1,11
6,79	0,94	1,49
8,31	0,99	1,75
9,55	0,93	1,71
10,99	1,36	2,25
11,45	1,45	2,13
11,85	1,39	2,36
13,23	1,46	2,31

Для вычисления  $r$  и  $R$  в качестве результата испытаний взято среднее значение, полученное при прокуривании 20 сигарет в одном цикле.

## 11 Отчет об испытаниях

### 11.1 Общие положения

Отчет об испытаниях должен содержать ссылку на метод определения и полученные результаты. В нем должны быть отражены все отклонения от условий, указанных в настоящем стандарте, а также любые обстоятельства, которые могут повлиять на результаты.

### 11.2 Данные, характеризующие сигареты и идентификацию сигарет

Отчет об испытаниях должен содержать следующие данные, необходимые для полной идентификации образца сигарет:

- наименование изготовителя;
- страну изготовителя;
- наименование марки;
- дату отбора проб;
- место закупки или отбора проб;
- вид точки отбора проб;
- точку отбора проб (адрес розничной продажи или номер сигаретной машины);
- число пачек, отобранных за день;
- специальную марку на пачке;
- содержание компонентов дыма на пачке;
- длину сигареты;
- длину фильтра;
- длину отрезка ободковой бумаги.

### 11.3 Отбор проб

Информация об отборе проб должна содержать:

- метод отбора проб;
- число сигарет в лабораторной пробе;
- дату и место покупки или отбора проб на складе изготовителя.

### 11.4 Описание испытаний

Информация об испытаниях должна содержать:

- ссылку на настоящий стандарт;
- дату проведения испытаний;
- тип курительной машины;
- тип анализатора моноксида углерода;
- общее число сигарет, прокуренных при испытании данной марки сигарет;
- число сигарет на каждую ловушку;
- длину окурка;
- температуру окружающего воздуха, °С, во время прокуривания и испытаний;
- относительную влажность, %, во время прокуривания и испытаний;
- атмосферное давление, кПа, во время прокуривания и испытаний.

### 11.5 Результаты испытаний

Выражение результатов лабораторных испытаний зависит от точности проведения испытаний.

Доверительные интервалы значений могут быть рассчитаны и выражены на основании лабораторных данных до их округления:

- средняя длина сигарет, средняя длина фильтров, средняя длина отрезка ободковой бумаги, средняя длина окурка, средняя длина сгорающей части сигаретного штранга с точностью до 0,1 мм;
- средний диаметр сигарет с точностью до 0,01 мм;
- среднее сопротивление затяжке кондиционированных сигарет с точностью до 10 Па;
- средняя масса кондиционированных и отобранных для прокуривания сигарет с точностью до 0,1 мг:
  - среднее число затяжек на сигарету для каждого канала с точностью до 0,1 затяжки;
  - среднее значение общего числа затяжек для каждого канала/ловушки, включая пять очищающих затяжек, с точностью до 0,1 затяжки;
  - считанное с анализатора значение объемной долиmonoоксида углерода для каждого канала с точностью до 0,01 %;
  - среднее значение объемной доли monoоксида углерода на сигарету с точностью до 0,1 %;
  - масса monoоксида углерода для каждого канала с точностью до 0,1 мг;
  - средняя масса monoоксида углерода на сигарету с точностью до 1 мг.

**Приложение А**  
**(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
национальным стандартам Российской Федерации,  
использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок**

Обозначение ссылочного национального стандарта Российской Федерации	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту
ГОСТ Р ИСО 3308—2002	ИСО 3308:2000 «Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия» (IDT)
ГОСТ Р ИСО 3402—2002	ИСО 3402:1999 «Табак и табачные изделия. Атмосфера для кондиционирования и испытаний» (IDT)
ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002	ИСО 5725-1:1994 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения» (IDT)
ГОСТ Р ИСО 5725-2—2002	ИСО 5725-2:1994 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений» (IDT)
ГОСТ Р 51976—2002 (ИСО 4387:2000)	ИСО 4387:2000 «Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной машины» (MOD)
ГОСТ Р 52670—2006 (ИСО 8243:2006)	ИСО 8243:2006 «Сигареты. Отбор проб» (MOD)
<p><b>П р и м е ч а н и е</b> — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IDT — идентичные стандарты;</li> <li>- MOD — модифицированные стандарты.</li> </ul>	

**Библиография**

- [1] CORESTA Report, CORESTA study for the determination of repeatability and reproducibility of the measurement of nicotine-free particulate matter, nicotine and CO in smoke using the ISO smoking methods, October 2003